



Dom zdravlja
"Dr Simo Milošević"
Čukarica

Akreditovana zdravstvena ustanova

Br. 303 / 1
Datum 03. 10 2014.

Beograd, Čukarica, Požeška 82
tel: 011/3538-300, faks: 011/2545-270
e-mail: direktor@dzcukarica.rs
office@dzcukarica.rs
www.dzcukarica.rs
t.r.: 840-631667-22
840-631661-40

На основу члана 63.став 3.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12)
Наручилац доставља:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Д-5/2014

Дана 02.10.2014 год.заинтересовано лице за поступак јавне набавке Д-5/2014 „Медицинска опрема- партија 1.-бинокуларни микроскоп са апланационим тонометром,путем е-mail је доставило захтев за појашњење конкурсне документације.

Питање бр.1- Да ли је дозвољено понудити увећање на окуларима 10x и тотално увећање 8x,12x,20x?

Одговор:Дозвољено је понудити увећање на окуларима 10x и тотално увећање 8x,12x,20x,с обзиром да предложене карактеристике од стране заинтересованог понуђача, не утичу на квалитет самог апарата, и дају могућност и другим понуђачима да учествују у поступку јавне набавке.

Питање бр.2. се односи на апланациони тонометар.

Да ли је могуће понудити апланациони тонометар који има друге положаје за рад и мировање,при чему има исту функцију,тачност и већи опсег мерења?

Одговор:Дозвољено је понудити апланациони тонометар који има друге положаје за рад и мировање,с тим да има исту функцију тачност и опсег мерења.

У Београду, дана 03.10.2014. год.

Комисија Наручиоца
